



## Notes de pratique


### Notes de lecture

Florence Phan-Choffrut, Johan Nguyen et Patrick Sautreuil

①

#### Appareil de moxibustion suspendue

**Figure 1 :**  
Le dispositif de moxibustion suspendue de Ma Xiong.  
1) charpente de suspension,  
2) planches mobiles,  
3) fil de suspension rigide,  
4) panier à armoise.



Le dispositif décrit par Ma Xiong de Shantou (Province du Guangdong) est destiné à appliquer une moxibustion multiple et simultanée, soit sur plusieurs points sur un même patient soit sur plusieurs patients en même temps et ce, par un seul praticien. Le principe est simple : (1) un cadre rigide (2) sur lequel sont fixées des planches coulissantes (3) auxquelles sont suspendus des fils

rigides (4) au bout desquels se trouvent un panier rempli d'armoise. La largeur des planches est de 90 cm et permet de localiser la zone à moxer avec précision. La longueur des fils est de 2,20 m et permet de régler la vitesse de la moxibustion. Le fil rigide assure la stabilité. La quantité d'armoise déposée dans les paniers peut être adaptée. La chaleur apportée est douce car progressive, la sur-

face moxée peut atteindre 5 cm. Comme le montre le schéma, la position du patient dépend de la zone à chauffer. Les avantages d'un tel appareil sont multiples : élargissement de la zone chauffée, temps de moxibustion allongé, meilleure pénétration de la chaleur pour un effet thérapeutique augmenté.